

## KRUHOVÝ TEST 1/2015

### Pádové číslo

V příloze zasíláme vyhodnocení kruhového testu 1/2015/Pádové číslo. Výsledky jsou uvedeny v tabulce a ve formě grafů.

#### HODNOCENÍ VÝSLEDKU

V tomto kole kruhového testu se zúčastnilo **37 laboratoří pro stanovení mouka a 39 laboratoří pro stanovení pšenice**. Každá laboratoř měla přiděleno své číslo, pod kterým jsou uvedeny výsledky. Každá laboratoř obdržela 2 vzorky na stanovení vlhkosti a pádového čísla.

Vyhodnocení bylo provedeno na průměr výsledků a odchylku dle ČSN ISO 3093, čl. 10.3 - Reprodukovatelnost - Tabulka 3 a 4 -Meze opakovatelnosti a reprodukovatelnosti čísla poklesu pro mouku a pšenici. Výsledky nad tuto hodnotu jsou mimo toleranci.

Tabulka:

	Počet účastníků	Průměr (s)	Odchylka (s)	Odchylka (%)	Mez reprodukovatelnosti
mouka	37	356	16	4,5	39 s
pšenice	39	328	32	9,7	86 s
vlhkost pšenice	35	13,8	0,19		

Děkujeme Vám za účast v kruhovém testu.

V Náchodě 30.10.2015

Za MEZOS, spol. s r.o.

Jitka Vašíčková

Přílohy: Grafické zobrazení výsledků – mouka, pšenice  
Tabulka s výsledky